LIETUVOS AKREDITACIJOS IR
STANDARTIZACIJOS AGENTŪRA

Lietuvos akreditacijos ir standartizacijos agentūra – paskirtoji Nacionalinė akreditacijos įstaiga Lietuvoje yra Europos akreditacijos organizacijos ir Pasaulinės akreditacijos bendradarbiavimo organizacijos Daugiašalio pripažinimo susitarimų signatarė kalibravimo, bandymų ir medicinos laboratorijų, asmenų, produktų ir vadybos sistemų sertifikavimo bei kontrolės įstaigų srityse

AKREDITAVIMO PAŽYMĖJIMAS
Nr. LA.114-06

Nacionalinė akreditacijos įstaiga patvirtina, kad

UAB „Pieno tyrimai“ Laboratorija

juridinio asmens pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė "Pieno tyrimai"
juridinio asmens kodas: 233816290

atitinka

LST EN ISO/IEC 17020:2012

reikalavimus

ir yra kompetentinga vykdyti šią akredituotą veiklą:

matavimo priemonių tikrinimą
kaip C tipo kontrolės įstaiga

Žemiau pateikiama akreditavimo sritis yra neatskiriama šio akreditavimo pažymėjimo dalis. Veiklos vykdymo vietų adresai nurodyti akreditavimo srityje

Atitikties vertinimo įstaiga akredituota nuo: **2023-01-05**

Pažymėjimas išduotas / galioja nuo: **2024-03-06**
Dėstoma versija patvirtinta: **2026-11-23**
Pažymėjimas galioja iki: **2028-01-04**

Akreditacijos departamento direktorius

TADAS JUODELIS

Pažymėjimas gali būti pakeistas, jo galiojimas sustabdytas arba panaikintas Nacionalinės akreditacijos įstaigos sprendimu. Informacija apie galiojančių akreditavimo pažymėjimų duomenis skelbiama interneto svetainėje lasa.lrv.lt.

LIETUVOS AKREDITACIJA

Kontrolė ISO/IEC 17020

ilac-MRA

AKREDITAVIMO SRITIS

UAB „Pieno tyrimai“ Laboratorija, akredituota kaip *C tipo kontrolės įstaiga* **LST EN ISO/IEC 17020:2012** atitikčiai

Veiklos vykdymo vietos adresas:

Radvilų Dvaro g. 31, LT-48331 Kaunas

Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, neeilinė ar kt.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Mažos talpyklos: Vv ≤ 35 m3 leidžiamoji paklaida ± 0,5 %	Metrologinė patikra	BPM 8871101-109:2013
Laboratoriniai skysčių dozatoriai V = (0,001 – 200) ml, leidžiamoji paklaida ≥ ± 0,1 %	Metrologinė patikra	BPM 8871101-10:2014
Skaitmeniniai termometrai ir maksimalūs elektriniai termometrai Matavimo ribos (-100 ... 660) °C (-100 ... -40) °C, leidžiamoji paklaida ≥ ± 0,13 °C (-40 ... 155) °C, leidžiamoji paklaida ≥ ± 0,10 °C (155 ... 660) °C, leidžiamoji paklaida ≥ ± 0,20 °C **Skaitmeniniai termometrai** Matavimo ribos (660 ... 700) °C, leidžiamoji paklaida ≥ ± 4,0 °C	Metrologinė patikra	BPM 111950581-22:2025
Pieno analizatoriai (laktoskopai) (2...7) % riebalų, (2...5) % baltymų	Metrologinė patikra	BPM 8871101-124:2008

Akreditavimo pažymėjimas pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu kaip Nacionalinės akreditacijos įstaigos sprendimo, kuriuo jis patvirtintas, priedas